


| LOTTO N. 17: MONITOR CARDIACO SOTTOCUTANEO "INIETTABILE" MRI-COMPATIBILE | | | ABBOTT MEDICAL ITALIA | | MARIFARMA | | STARMED SRL | |
|---|--|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------|
| Critero n. 1 Rispondenza alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste. Caratteristiche minime indispensabili: - Sistema iniettabile compreso di kit di impianto con strumento di incisione e strumento per l'inserimento sottocutaneo - Compatibilità con sistema di monitoraggio remoto - Compatibilità MRI - Discriminatori del ritmo cardiaco - Longevità di almeno 2 anni | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | |
| Critero n. 2 | Comunicazione tramite sistema bluetooth low Energy | 4,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 |
| Critero n. 3 | Controllo remoto attraverso applicazione gratuita scaricabile su smartphone del paziente | 6,00 | Caratteristica disponibile | 6,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 |
| Critero n. 4 | Possibilità di controllo remoto analogico (via cavo telefonico) e GSM | 4,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 |
| Critero n. 5 | Criteri di discriminazione tra VT e SVT con due finestre di riconoscimento VT e VFT | 4,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 |
| Critero n. 6 | Soglia di sensibilità dinamica | 4,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 |
| Critero n. 7 | Longevità non inferiore a 3 anni | 6,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | Caratteristica disponibile | 6,00 | Caratteristica disponibile | 6,00 |
| Totale punti | | 70,00 | 64,00 | | 52,00 | | 64,00 | |
| Totale punteggio riparametrato | | | 70,00 | | 56,88 | | 70,00 | |

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left, a signature in the middle, and the name 'Dary' written below it.

| LOTTO N. 18 1) PATCH FINO A 7 GIORNI PER MONITOR CARDIACO CUTANEO 2) SISTEMA PER UTILIZZO PATCH IN SERVICE GRATUITO | | | STARMED SRL | |
|--|-------|---|-------------|--|
| Critero n. 1 Rispondenza alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste Caratteristiche minime indispensabili: - Dispositivo di dimensioni contenute - Almeno 3 derivazioni - Discriminatori del ritmo cardiaco - Assenza di fili | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | |
| Critero n. 2 Software con diagnostica dedicata ad episodi di FA | 6,00 | Caratteristica disponibile | 6,00 | |
| Critero n. 3 Possibilita' di patch dedicate per 1, 2, 7 giorni di registrazione | 5,00 | Caratteristica disponibile | 5,00 | |
| Critero n. 4 Modulo memoria separato dalla Patch | 6,00 | Caratteristica disponibile | 6,00 | |
| Critero n. 5 Facilita' di utilizzo | 5,00 | Dispositivo ergonomico e di facile utilizzo | 5,00 | |
| Critero n. 6 Ricaricabile | 6,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | |
| Totale punti | | 70,00 | 64,00 | |
| Totale punteggio riparametrato | | | 70,00 | |

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the top center, a signature in the bottom center, and the name 'D. Brey' on the right.

| LOTTO N. 19: INTRODUTTORI PEEL AWAY PER ELETTROSTIMOLAZIONE DEFINITIVA | | | ABBOTT MEDICAL ITALIA | | FIAB | |
|---|--------------|---|-----------------------|---|--------------|--|
| <p> Criterio n. 1 Rispondenza alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste. Caratteristiche minime indispensabili: - Introduttore a guaina apribile per impianto di pacemaker, temporanei e definitivi, e defibrillatori - Dimensioni disponibili per l'introduttore comprese tra 5F e 12F, lunghezza 14cm - Guida in Acciaio con punta a J - Introduttore con sistema meccanico di blocco - Confezione provvista di siringa ed ago - Disponibilità di tipo con valvola emostatica staccabile </p> | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | |
| <p> Criterio n. 2 Manovrabilità </p> | 10,00 | Caratteristica disponibile | 10,00 | Caratteristica disponibile | 10,00 | |
| <p> Criterio n. 3 Biollessibilità </p> | 10,00 | Caratteristica disponibile | 10,00 | Caratteristica disponibile | 10,00 | |
| <p> Criterio n. 4 Completezza delle informazioni tecniche vidimate dalla ditta produttrice </p> | 3,00 | Caratteristica disponibile | 3,00 | Caratteristica disponibile | 3,00 | |
| <p> Criterio n. 5 Disponibilità di lunghezza fino a 23 cm </p> | 5,00 | Caratteristica disponibile | 5,00 | Caratteristica disponibile | 5,00 | |
| Totale punti | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |




D. Guy

| LOTTO 20 1) MANIPOLO ELETTROBISTURI AL PLASMA A BASSE TEMPERATURE 2) GENERATORE IN SERVICE GRATUITO | | | STARMED SRL | |
|---|-------|---|-------------|--|
| <p> Criterio n. 1 Rispondenza alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste. Caratteristiche minime indispensabili: - Bisturi monopolare al plasma ad erogazione di impulsi max 40 µs per consentire il trasferimento di energia a più basse temperature - Manipolo con punta in fibra di vetro isolata e superficie attiva sottile (< a 14 µm) - Possibilità di utilizzo di minor energia totale (5%) e massimo funzionamento alle seguenti temperature: 40-170° </p> | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | |
| <p> Criterio n. 2 Capacità di operare in campo chirurgico bagnato ed asciutto </p> | 10,00 | Caratteristica disponibile | 10,00 | |
| <p> Criterio n. 3 Diminuzione della produzione di fumi durante l'utilizzo </p> | 8,00 | Caratteristica disponibile | 8,00 | |
| <p> Criterio n. 4 Efficienza di taglio indipendente dall'anestesia locale </p> | 10,00 | Conforme | 10,00 | |
| Totale punti | 70,00 | | 70,00 | |

The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are four distinct signatures: one on the left, one in the center, one on the right, and one at the bottom center. The signatures are stylized and cursive.

| LOTTO N. 21: COPPIE PIASTRE PER DEFIBRILLAZIONE/CARDIOVERSIONE/STIMOLAZIONE | | | STRYKER | | CARDINAL HEALTH | | FIAB STARMED SRL <i>Deuy</i> | |
|--|--------------|---|--------------|---|-----------------|---|---------------------------------|--|
| Critero n. 1 Rispondenza alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste Caratteristiche minime indispensabili: - Coppia di piastre dotate di cavo lungo non meno di 100 cm - Connessione diretta, senza ausilio di adattatori - Disponibilità di differenti modelli per i vari modelli di defibrillatori - Radiotrasparenza - Cavo radiotrasparente sia nelle versioni pediatriche che adulte - Dispositivo in classe Ib della Direttiva 93/42 CEE - Certificazione di assunzione di responsabilità da redatta da produttore | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | |
| Critero n. 2 Validità di almeno 3 anni | 10,00 | Caratteristica disponibile | 10,00 | Caratteristica disponibile | 10,00 | Caratteristica disponibile | 10,00 | |
| Critero n. 3 Possibilità di utilizzo a temperature estreme | 10,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | Caratteristica disponibile | 10,00 | |
| Critero n. 4 Disponibilità di modello pediatrico con limitatore | 8,00 | Caratteristica disponibile | 8,00 | Caratteristica disponibile | 8,00 | Caratteristica disponibile | 8,00 | |
| Totale punti | 70,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 70,00 | |

AN *RF*
Deuy

| LOTTO N. 22: SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE INFEZIONI PER DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTO ALLA RIDUZIONE DELLE INFEZIONI ED ALLA STABILIZZAZIONE DEL PACEMAKER/DEFIBRILLATORE NEL SITO DI IMPIANTO | | | APTIVA MEDICAL | | TRX ITALY SRL | |
|--|-------|---|----------------|---|---------------|--|
| Criterio n. 1 Rispondenza alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste. Caratteristiche minime indispensabili: - Disponibilità di almeno due differenti dimensioni per adattarsi alle diverse protesi (pacemaker e defibrillatore) - Riassorbibile | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | |
| Criterio n. 2 Rilascio di rifampicina e la minociclina | 5,00 | Caratteristica disponibile | 5,00 | Caratteristica disponibile | 5,00 | |
| Criterio n. 3 Possibilità di personalizzare la soluzione antibiotica per singolo paziente | 5,00 | Caratteristica disponibile | 5,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | |
| Criterio n. 4 Possibilità di utilizzo su tessuto infetto | 4,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | |
| Criterio n. 5 Sistema completamente riassorbibile entro 10 settimane dall'impianto | 4,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 | Caratteristica disponibile | 4,00 | |
| Criterio n. 6 Disponibilità di almeno quattro differenti dimensioni per adattarsi alle diverse protesi (pacemaker e defibrillatore) | 5,00 | Caratteristica disponibile | 5,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | |
| Criterio n. 6 Validità di oltre 1 anno | 5,00 | Caratteristica disponibile | 5,00 | Caratteristica non disponibile | 0,00 | |
| Totale punti | 70,00 | | 70,00 | | 51,00 | |

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right.

| LOTTO N. 23: SISTEMA CHIUSO DI TRASPORTO DI BIOMATERIALI ESPIANTATI IN CASO DI INFEZIONE DI DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTATI | | | STARMED SRL | |
|---|---|---|---|-------|
| Criterio n. 1 Rispondenza alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste Caratteristiche minima indispensabili: - Presenza di camera di contenimento per i campioni - Possibilita' di estrarre dal biofilm i batteri - Dispositivo a circuito completamente chiuso - Disponibilita' di diverse misure | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste | 42,00 | |
| Criterio n. 2 | Sistema di chiusura secondario di sicurezza | 10,00 | Caratteristica disponibile | 10,00 |
| Criterio n. 3 | Soluzione in Ditiotretitolo | 8,00 | Presente soluzione di ditiotretitolo | 8,00 |
| Criterio n. 4 | Accesso per Ago per emocoltura | 7,00 | Caratteristica disponibile | 7,00 |
| Criterio n. 5 | Facilita' di utilizzo | 3,00 | Dispositivo ergonomico e di facile utilizzo | 3,00 |
| Totale punti | | 70,00 | 70,00 | |

The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are two large, stylized signatures at the top, one on the left and one on the right. Below them, there are smaller, more legible signatures and initials, including what appears to be 'Dey' and 'lu Dey'.

| LOTTO N. 24: KIT MONOUSO PER IMPIANTO PACEMAKER E DEFIBRILLATORE | | | NACA MEDICAL SRL | | SVAS BIOSANA | |
|--|-------|---|------------------|---|--------------|--|
| Criterio n. 1 Caratteristiche minime indispensabili - Possibilità di personalizzazione del kit Composizione di massima del KIT: - come da capitolato tecnico | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche minime richieste | 42,00 | Il dispositivo proposto risponde alle caratteristiche tecniche minime richieste | 42,00 | |
| Criterio n. 2 Affidabilità dei materiali in esito alla prova della campionatura | 20,00 | Ottima affidabilità dei materiali | 20,00 | Scarsa affidabilità dei materiali | 2,00 | |
| Criterio n. 3 Presenza due cuffie radioprotettive per gli operatori | 1,00 | Disponibile opzione cuffie radioprotettive per gli operatori | 1,00 | Disponibile opzione cuffie radioprotettive per gli operatori | 1,00 | |
| Criterio n. 4 Sistema di confezionamento | 7,00 | Ottima ergonomia del sistema di confezionamento | 7,00 | Scarsa ergonomia del confezionamento | 1,00 | |
| Totale punti | 70,00 | 70,00 | | 46,00 | | |

The image contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'M. Y. A.'. Below this, there are two more signatures, one of which is clearly legible as 'Dong'.